

Sistema de Distracción con fuente de iluminación de LED CanMIC



El tornillo transpedicular y la barra se colocan a través del canal para realizar la compresión y distracción intervertebral correspondiente.

La caja intersomática también puede ser colocada a través del canal de forma mínimamente invasiva.

